仕　様　書

仕様書番号：002

部署・部屋名	心臓内科
調達機器名	体外式ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ
調達数量	２式

１．機器の構成（１式の構成）

１－１　体外式ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ(本体)　　１台

１－２　9Vｱﾙｶﾘ電池　　１個

１－３　ﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ式ｱｰﾑｶﾌ　　１個

１－４　中継ｹｰﾌﾞﾙ　　１個

１－５　携帯ｹｰｽ　　１個

１－６　取扱説明書　　１部

２．構成品の仕様

２－１　体外式ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ(本体)

・外形寸法　：　W75×D135×H25mm以内

・基本ﾚｰﾄ　：　30～180ppm程度

・ﾊｲﾚｰﾄ刺激　：　基本ﾚｰﾄ×2、×4

・ﾊﾟﾙｽ振幅　：　0.3～12V

・ﾊﾟﾙｽ幅　：　0.75ms

・感度　：　1.0～20mV

・不応期　：　250ms

・電池　：　9V

・電池寿命　：　1000時間程度

・重量　：　180g以下

・ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定はﾀﾞｲﾔﾙ式であること

・LED発行表示とﾋﾞｰﾌﾟ音で電池の消耗を確認できること

・180ppmまでの基本ﾚｰﾄで小児にも適応できること